



\* 6. Numération plaquettaire sous-estimée en raison de la présence d'agrégats plaquettaires, à contrôler sur Citrate

\* 22. Numération plaquettaire irréalizable en raison de la présence d'agrégats plaquettaires, à contrôler rapidement sur un tube citrate